



108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych
ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk
Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07
e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Ełk, dnia 25.09.2015 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach Planu Modernizacji Technicznej”, numer sprawy 16/2015-DZP/PNO.

WYJAŚNIENIE - nr 4

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o szerokości 70 cm? Szerszy fotel gwarantuje większy komfort pacjentom o różnych gabarytach.

Odpowiedź 1: Tak, dopuści.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 650 do 950 mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego podczas przeprowadzonych zabiegów.

Odpowiedź 2: Tak, dopuści.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii bez funkcji anty-Trendelenburga? Funkcja ta w tego typu fotelach nie jest wykorzystywana.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 4: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający określając szerokość nie więcej niż 65 cm miał na myśli szerokość leża?

Odpowiedź 4: Tak – szerokość leża.

Pytanie 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z jednoczesną i niezależną regulacją segmentami pleców i nóg realizowaną z pilota przewodowego?

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Sekcja informatyki
- a/a

KOORDYNATOR
ds. REALIZACJI UMOWY NA WYKONANIE
ZADAŃ MOBILIZACYJNYCH
mgr farm. Waldemar Łapa