



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Ełk, dnia 24.07.2015 r.

**Dotyczy:** Postępowania przetargowego na „Zakup, dostawę i uruchomienie urządzeń medycznych wraz ze szkoleniem personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w ramach planu modernizacji technicznej” znak sprawy: 13/2015-DZP/PNO.

### WYJAŚNIENIE - nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

#### Zadanie nr 4 – BRONCHOSKOP

**Pytanie 1:** Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyka mini nitynylowego jednorazowego użytku, średnica korpusu 1,0 mm, rozmiar 15/30 mm, długość 230 cm?

**Odpowiedź 1:** TAK – dopuści.

**Pytanie 2:** Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści igłę aspiracyjną jednorazowego użycia z otworem bocznym, średnica korpusu 1,8 mm, średnica igły 22G, długość 120 cm?

**Odpowiedź 2:** TAK – dopuści.

#### Zadania Nr. 7 - Ssak operacyjny ( chirurgiczny) kpl. 2

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 pkt. 8 wymaga rozbudowanego ssaka o dodatkowy moduł wodny do drenażu 0-40 cm H<sub>2</sub>O czy dopuszcza ale nie wymaga z modułem wodnym do drenażu?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza takie rozwiązanie.<sup>1</sup>

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający w przypadku określenia “nie wymaga rozbudowanego ssaka o dodatkowy moduł wodny do drenażu 0-40 cm H<sub>2</sub>O” zmieni kryterium punktowanej wagi, z nie większej niż 24 kg, na punktowaną, nie większą niż 21 kg, z uwagi na obniżenie wagi całego urządzenia w przypadku nie zainstalowanego modułu?

**Odpowiedź 2:** TAK – zmieni punktację.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający, chcąc posiadać pewność wyboru najwyższej jakości ssaków będzie wymagał wykazaniem się przez oferenta listą referencyjną zainstalowanych min. 1000 szt. urządzeń danego producenta w placówkach medycznych na terenie Polski?

**Odpowiedź 3:** Nie będzie wymagał.

#### Zadanie Nr. 10 Respirator stacjonarny kpl. 1

**Pytanie 1:** – Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze ponieważ pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości pobierania powietrza z otoczenia.

**Odpowiedź 1:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 2:** – Pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator która w zamian za wentylację dwupoziomową z gwarantowaną objętością posiada tryb APRV pozwalający na oddychanie spontaniczne na górnym poziomie ciśnienia z krótkimi przerwami wydechowymi. Takie rozwiązanie jest co najmniej równoznacznie z rozwiązaniem wymaganym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 2:** : Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

**Pytanie 3:** – Pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający trybu VSV, w zamian za to posiadający bardzo zaawansowany automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej ASV wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 3:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 4:** – Pkt. 25, 26 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru automatycznej funkcji próby oddechu spontanicznego SBT? W zamian za to respirator posiada bardzo zaawansowany tryb odzwyczajania pacjenta tryb Dual Vent umożliwiający wentylację pacjenta w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób spontaniczny lub gdy pacjent nie oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być wentylowany w sposób sterowany czasowo.

**Odpowiedź 4:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 5:** - Pkt. 27, 28 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający możliwości rozbudowy o pomiar i prezentację czynnościowej pojemności zalegającej, EE, VCO<sub>2</sub>, RQ, VO<sub>2</sub>? Korzyści tych pomiarów są na chwilę obecną nie znane a produkt z takimi pomiarami jest oferowany wyłącznie przez jednego producenta co w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie możliwości zaoferowania respiratorów innych firm. W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada takie istotne pomiary jak podatność dynamiczna, % przecieków, % ilość oddechów spontanicznych, szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy wspomagany czas wdechu, procentowa ilość oddechów podczas 8h oraz pomiar ciśnienia Plateau.

**Odpowiedź 5:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 6:** – Pkt. 32 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stosunek I:E regulowany był za pomocą parametrów zależnych tj. czasu wdechu oraz częstości oddechów? Regulując podane parametry na bieżąco użytkownik widzi zmiany nastaw w stosunku I:E.

**Odpowiedź 6:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 7:** – Pkt. 35 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, z możliwością ustawienia PEEP w zakresie 0-40 cmH<sub>2</sub>O oraz CPAP w zakresie 0-30 cmH<sub>2</sub>O? Ze względu na fizjologię człowieka taki zakres ciśnienia PEEP/ CPAP jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź 7:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 8:** – Pkt. 40 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, z regulowanym czasem wdechu przy VCV w zakresie 0,1 – 10 sek.? Ze względu na fizjologię człowieka taki zakres czasu wdechu jest w zupełności wystarczający do poprawnej wentylacji pacjenta.

**Odpowiedź 8:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 9:** – Pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z przepływem bazowym który jest nastawiany automatycznie względem potrzeb pacjenta? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wymagane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 9:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 10:** – Pkt. 47, 48 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z manualnym przedłużeniem fazy wdechowej oraz wydechowej do 10 sekund? Jest to czas zupełnie wystarczający aby móc



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

wykonać niezbędne czynności pomiarowo- diagnostyczne przez personel medyczny. Ponadto dłuższy zakres czasu jest mało komfortowy dla wentylowanego pacjenta.

**Odpowiedź 10:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 11:**– Pkt. 53 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z obrazowaniem w respiratorze trendów w formie graficznej, natomiast wartości cyfrowe są wyświetlane podczas przeglądu trendów graficznych z ostatnich 14 dni? Ponadto w respiratorze oferowanym przez naszą firmę istnieje funkcja przeglądu krzywych w czasie rzeczywistym z 24 godzin wstecz co pozwala na znacznie lepszą ocenę stanu zdrowia pacjenta.

**Odpowiedź 11:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 12:**– Pkt. 54 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, który posiada pomiar O<sub>2</sub> za pomocą wymiennego, łatwo wymiennego chemicznego czujnika tlenu? Czujnik chemiczny jest dokładniejszy niż czujnik elektroniczny a wartość tych czujników w trakcie eksploatacji jest podobna.

**Odpowiedź 12:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 13:**– Pkt. 91 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który posiada ekran zintegrowany z modulem pneumatycznym z możliwością mocowania na ścianie? Nie wpływa to na jakość oraz funkcjonalność obsługi respiratora.

**Odpowiedź 13:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający, w wyniku powstałych pytań ze strony oferenta będzie dodatkowo wymagał respiratora , który w swej konstrukcji posiada dotykowy ekran powyżej 13'' i obsługę menu bez dodatkowych nastawów mechanicznych dający nowatorskie rozwiązanie eliminujące dodatkowo gromadzące się stany kurzu i brudu?\

**Odpowiedź 14:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający, w wyniku powstałych pytań ze strony oferenta będzie dodatkowo wymagał respiratora , który w swej konstrukcji posiada innowacyjny system graficznego opisu naprowadzania do właściwego połączenia układu pacjenta w zależności od jego konfiguracji oraz z wbudowanym filmem instruktorzowym i instrukcją obsługi w j. polskim pozwalającą w każdym momencie wentylacji bez jej przerywania na sprawdzenie potrzeby, która wyniknęła w trakcie prowadzenia wentylacji?

**Odpowiedź 15:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### Zadanie Nr. 9 Modernizacja sieci gazów medycznych kpl. 1

**Pytanie 16:** Uprzejmie prosimy o dopuszczenie na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - dostaw w zakresie instalacji /dostawy sieci gazów medycznych (systemów rurociągowych do gazów medycznych) . Modernizacja w/w instalacji na wymaganą - wysoką kwotę w naszym kraju to niezwykle rzadki temat . Zamawiający albo przeznaczają minimalne kwoty na modernizację albo zazwyczaj decydują się na wymianę na nową. Czy Zamawiający wyraża zgodę na naszą propozycję?

**Odpowiedź 16:** TAK – wyraża zgodę.

### Zadania nr 1 Aparat RTG cyfrowy z zawieszeniem sufitowym kpl. 1

#### **Pytanie 1 dot. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG pkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat RTG z zakresem zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej - 154° do + 182°?



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Proponowany zakres wraz z zawieszeniem sufitowym umożliwi użytkownikowi wykonanie wszystkich możliwych ekspozycji. Pragniemy również dodać, iż Zamawiający posiada już takie rozwiązanie w swoim Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 1:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 2 dot. DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STOLE pkt. 1,2,3,5**

Czy Zamawiający dopuści automatyczny aparat RTG z mobilnym cyfrowym detektorem o wymiarach 43x34cm, rozdzielczością detektora 7mln pikseli, rozmiarze piksela 144  $\mu\text{m}$  oraz DQE dla 1,0 Lp/mm równe 51%?

Proponowane rozwiązanie gwarantuje elastyczną pracę oraz możliwość wykonywania najwyższej jakości ekspozycji.

Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 2:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 3 dot. DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STATYWIE pkt. 2,3,5**

Czy Zamawiający dopuści automatyczny aparat RTG rozdzielczością detektora 8,2mln pikseli, rozmiarze piksela 148  $\mu\text{m}$  oraz DQE dla 1,0 Lp/mm równe 52%?

Wartości opisane w wymaganiach są parametrami marketingowymi, opisanymi w celu ograniczenia konkurencji. Proponowane rozwiązanie gwarantuje wykonywanie najwyższej jakości ekspozycji. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 3:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 4 dot. DODATKOWY DETEKTOR BEZPRZEWODOWY – do wykonywania zdjęć poza stołem pkt. 1, 4,5,8**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu trzeciego detektora?

W proponowanym przez nas rozwiązaniu oferujemy mobilny detektor w stole (Pytanie 2), który ma możliwość wykonywania wszystkich „wolnych” ekspozycji”, alternatywnie wnosimy o dopuszczenie detektora z rozdzielczością 6,8 mln pikseli, rozmiarze piksela 148  $\mu\text{m}$  oraz DQE dla 1,0 Lp/mm równe 50%?

Wartości opisane w wymaganiach są parametrami marketingowymi, opisanymi w celu ograniczenia konkurencji. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 4:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 5 dot. STÓŁ PACJENTA pkt 10.**

Wnosimy o dopuszczenie stołu pacjenta z przesuwem wzdłużnym blatu 96cm.

Opisane wymaganie ma na celu ograniczenie konkurencji, dzięki zakresowi 96 cm oraz zawieszeniu sufitowemu w proponowanym rozwiązaniu mamy możliwość wykonania wszystkich możliwych ekspozycji bez konieczności poruszania pacjentem.

Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 5:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 6 dot. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH pkt. 1,2,3,11,14**

Czy Zamawiający dopuści stacjonarny statyw do zdjęć płucnych z przesuwem detektora w pionie w zakresie 145 cm, z najwyższą wysokością promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora 172 cm?

Dodatkowo wnosimy o uznanie za równoważne zaoferowanie przewoźnego uchwytu, który może spełnić wszystkie te funkcjonalności właściwie bez wysiłku ze strony Operatora, umożliwiając za to poprawienie geometrii projekcji dzięki ograniczeniu do minimum powiększeń, powstających podczas korzystania z zabudowanego w statywie detektora.

Prosimy o zatem dopuszczenie proponowanego rozwiązania, tak abyśmy mieli możliwość złożenia ważnej oferty.

**Odpowiedź 6:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

### **Pytanie 7 dot. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH pkt. 6**

Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym to lampa podąża za ruchem detektora. Proponowane rozwiązanie jest dużo bardziej bezpieczniejsze dla pacjentów, a pozycjonowanie do pacjenta statywem wraz z detektorem jest znacznie bardziej komfortowe i precyzyjne niżeli lampą.

Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego powyżej rozwiązania.

**Odpowiedź 7:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 8 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 2**

Wnosimy o dopuszczenie konsoli technika z klasycznym monitorem min. 19''

**Odpowiedź 8:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 9 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 8**

Wnosimy o dopuszczenie konsoli technika z możliwością pomiarów długości, kątów, bez kątów Coba. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt iż Kąty Coba mierzone są na stacjach diagnostycznych przez lekarzy, nie są wykonywane przez techników.

Dopuszczenie tej opcji umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź 9:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 10 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 13**

Wnosimy o dopuszczenie konsoli technika z intuicyjnym interfejsem w języku angielskim oraz piktogramami.

Pragniemy również dodać, iż Zamawiający posiada już takie rozwiązanie w swoim Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

**Odpowiedź 10:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 11 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 12**

Wnosimy o odstąpienie z „możliwości samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS”.

Nieautoryzowany dostęp do konfigurowania urządzenia może spowodować problemy z przesyłaniem i odbieraniem danych, a w rezultacie doprowadzić do incydentów medycznych.

**Odpowiedź 11:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 12 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 17**

Wnosimy o uznanie za równoważne (także w zakresie punktacji) punkt brzmiący „Oprogramowanie pediatryczne”.

Zapis opisany w specyfikacji nie ma znaczenia diagnostycznego. Parametr ten może mieć jedynie na celu ograniczenie konkurencji, co w konsekwencji przełoży się na ilość ofert złożonych w postępowaniu.

**Odpowiedź 12:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 13 dot. KONSOLA TECHNIKA pkt. 18**

Wnosimy o uznanie za równoważne (także w zakresie punktacji) rozwiązanie w którym rury intubacyjne są widoczne, bez dodatkowego oprogramowania.

W naszym rozwiązaniu nie ma konieczności dodatkowego oprogramowania do wizualizacji rur intubacyjnych, ponieważ są one doskonale widoczne podczas ekspozycji klasycznej.

**Odpowiedź 13:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

### **Pytanie 14 dot. DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STOLE pkt. 1,2,3,5**

Czy Zamawiający dopuści automatyczny aparat RTG z mobilnym cyfrowym detektorem o wymiarach 42x35cm, rozdzielczością detektora 6,7mln pikseli, rozmiarze piksela 148  $\mu\text{m}$  oraz DQE dla 1,0 Lp/mm równe 50%, alternatywnie wnosimy o dopuszczenie detektora stacjonarnego z rozdzielczością 8,2 mln pikseli, rozmiarze piksela 148  $\mu\text{m}$  oraz DQE dla 1,0 Lp/mm równe 52%?

Proponowane rozwiązania gwarantuje możliwość wykonywania najwyższej jakości ekspozycji.

Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania.

**Odpowiedź 14:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Dotyczy: Zadanie nr 6 łóżko specjalistyczne dla ciężko chorych - kpl. 6**

#### **Pytanie 1, pkt. 7**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy łóżko marki Hill-Rom charakteryzujące się regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie od 433mm do 821 mm.

**Odpowiedź 1:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

#### **Pytanie 2, pkt. 8**

Prosimy o dopuszczenie regulacji elektrycznej części plecowej w zakresie 66. Parametr oferowany nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe łóżka i ergonomię pracy.

**Odpowiedź 2:** TAK - dopuszcza

#### **Pytanie 3, pkt. 9**

Prosimy o dopuszczenie regulacji elektrycznej części udowej w zakresie 35 oraz części nożnej w zakresie 23. Parametr oferowany nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe łóżka i ergonomię pracy.

**Odpowiedź 3:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

#### **Pytanie 4, pkt. 10**

Prosimy o dopuszczenie łóżka wyposażonego w regulację anty-i Trendelenburga w zakresie +/- 16 realizowanego za pomocną przycisków umieszczonych w ergonomicznym miejscu w barierkach po obu stronach łóżka. Pragniemy zwrócić uwagę, iż proponowany zakres jest większy od wymaganego w SIWZ.

**Odpowiedź 4:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

#### **Pytanie 5, pkt. 11**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego funkcje elektryczne działają tylko tak długo, jak przytrzymywane są dane przyciski. Niepotrzebny zatem jest przycisk wyłączający funkcje elektryczne, gdyż wyłączają się one samoistnie w momencie zwolnienia przycisku. Poza tym oferowane łóżko posiada wiele zabezpieczeń uniemożliwiających nieświadome uruchomienie łóżka np. system czasowy wyłączający funkcje elektryczne łóżka, system blokujący funkcje łóżka, jak i systemy ratunkowe tzn. mechaniczny CPR?

**Odpowiedź 5:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

#### **Pytanie 6, pkt. 13**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa akumulatory tj. jeden do zasilania na czas transportu i zaniku prądu oraz drugi do realizacji pozycji ratunkowej tzw. „szokowej” bez wskaźnika naładowania, żywotności baterii oraz terminu jej wymiany. Rozwiązanie z dwoma wbudowanymi akumulatorami wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji.

**Odpowiedź 6:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

#### **Pytanie 7, pkt. 14**





## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny wyłącznik funkcji elektrycznych umieszczony na panelu centralnym jak i na panelu w barierkach jak i panelu sterowania od strony nóg i czy w związku z powyższym zrezygnuje z przycisku bezpieczeństwa? Poza tym oferowane łóżko posiada wiele zabezpieczeń uniemożliwiających nieświadome uruchomienie łóżka np. system czasowy uniemożliwiający użycie elektrycznych funkcji łóżka, jak i system blokujący wszystkie funkcje łóżka, jak i systemy ratunkowe tzn. mechaniczny CPR, funkcja szokowa

**Odpowiedź 7:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 8, pkt. 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada elektrycznej funkcji CPR? Łóżko jest wyposażone w mechaniczny CPR realizowany za pomocą mechanicznych dźwigni umieszczonych po obu stronach łóżka, który powoduje natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia. Rozwiązanie takie jest dużo szybsze i skuteczniejsze od wersji elektrycznej, która w momencie wykonania resuscytacji zabierze więcej czasu.

**Odpowiedź 8:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 9, pkt. 20**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii, które nie posiada alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta jak i zmiany pozycji przez pacjenta?

**Odpowiedź 9:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 10, pkt. 21**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii o bezpiecznej nośności i obciążeniu wynoszącym 220 kg? Oferowany parametr niewiele różni się od wymaganego.

**Odpowiedź 10:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 11, pkt. 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez zatopionych na stałe kolorowych indykatorów? W oferowanym łóżku jest możliwość oznaczenia łóżka poprzez wsunięcie kolorowego znacznika w szczyt od strony nóg w specjalnie wyprofilowane miejsce.

**Odpowiedź 11:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 12, pkt. 25**

Czy Zamawiający oczekuje szczytu od strony głowy, który nie porusza się względem leża, ale w przypadku sytuacji kryzysowej możliwe jest jego odjęcie i reanimacja pacjenta?

**Odpowiedź 12:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 13, pkt. 26**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego wysokość barierki dzielonych, dwuczęściowych wynosi 375 mm oraz spełnia restrykcyjną normę EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych, zapewniając tym w maksymalnym stopniu bezpieczeństwo pacjenta?

**Odpowiedź 13:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 14, pkt. 27**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, bez gazowego systemu spowalniającego opadanie, ale barierkami składającymi się z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia, zgodnymi z obowiązującą normą EN 60601-2-52 dotyczącą bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych?



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

**Odpowiedź 14:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 15, pkt. 28**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o konstrukcji łóżka opartej na dwóch kolumnach o profilu prostokątnym gwarantującym stabilną podstawę i łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji. Konstrukcja tak praktycznie niczym się nie różni od wymaganej.

**Odpowiedź 15:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 16, pkt. 29, 31**

Czy Zamawiający oczekuje segmentu pleców przeziernego dla promieni RTG wyposażonego w uchwyt dla kasety RTG umożliwiający dostępność z obu stron łóżka? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź 16:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 17, pkt. 33**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko marki Hill-Rom wyposażone w sterowanie funkcjami elektrycznymi przy pomocy ergonomicznego panelu sterowniczego wbudowanego w bariereki boczne oraz pedałów nożnych do regulacji wysokości łóżka, bez funkcji egzaminacyjnej? Funkcję egzaminacyjną można uzyskać z kombinacji dwóch przycisków.

**Odpowiedź 17:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 18, pkt. 34**

Czy Zamawiający dopuści zamiast jonizatora powietrza urządzenie znacznie wyższej jakości dezynfekcji tj. mobilny, w pełni zelektronizowany generator aerozoli przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu i pomieszczeń o kubaturze do 400m<sup>3</sup> – 2 kpl. ?

**Odpowiedź 18:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 19,**

Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka do Intensywnej Terapii, Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka posiadającego indyktor diodowy umieszczony na panelu centralnym wbudowanym w bariereki, informujący o uzyskaniu najniższej pozycji łóżka w celu zapobiegania ewentualnym wypadkom?

**Odpowiedź 19:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 20, pkt. 37**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko marki Hill-Rom o długości całkowitej wymaganej w SIWZ z możliwością przedłużenia leża o 20 cm ? Oferowany parametr niewiele różni się od wymaganego i nie wpłynie na użytkowość łóżka.

**Odpowiedź 20:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 21, pkt. 39**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy łóżko marki Hill-Rom charakteryzujące się regulacją elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 780 mm.

**Odpowiedź 21:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 22, pkt. 40**

Prosimy o dopuszczenie regulacji elektrycznej części plecowej w zakresie 66°. Parametr oferowany nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma wpływu na walory użytkowe łóżka i ergonomię pracy.





## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

**Odpowiedź 22:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 23, pkt. 43**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją inteligentnego autokonturu zamiast autoregresji? Funkcja ta podobnie jak autoregresja ma za zadanie zapobiegać zsuwaniu się pacjenta z łóżka i przeciwdziałać maceracji skóry a w następstwie powstawianiu odleżyn. Podczas podnoszenia segmentu powoduje uniesienie sekcji kolan, ale z 5-cio sekundowym opóźnieniem. Inteligentna funkcja autokonturu nie tylko zapobiega zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka podczas podnoszenia segmentu oparcia ale również umożliwia personelowi i pacjentowi regulowanie kąta między segmentami oparcia i ud, zapewniając pacjentowi maksymalną wygodę.

**Odpowiedź 23:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 24, pkt. 47**

Czy Zamawiający dopuści łóżko umożliwiające realizację pozycji egzaminacyjnej dostępnej z kombinacji dwóch przycisków? Parametr ten niewiele różni się od wymaganego.

**Odpowiedź 24:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 25, pkt. 49**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego funkcje elektryczne działają tylko tak długo, jak przytrzymywane są dane przyciski. Niepotrzebny zatem jest przycisk wyłączający funkcje elektryczne, gdyż wyłączają się one samoistnie w momencie zwolnienia przycisku. Poza tym oferowane łóżko posiada wiele zabezpieczeń uniemożliwiających nieświadome uruchomienie łóżka np. system czasowy wyłączający funkcje elektryczne łóżka, system blokujący funkcje łóżka, jak i systemy ratunkowe tzn. mechaniczny CPR?

**Odpowiedź 25:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 26, pkt. 52**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o bezpiecznej nośności i obciążeniu wynoszącym 220 kg?

**Odpowiedź 26:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 27, pkt. 53**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznego zapamiętującego ostatnie funkcje oraz błędy? Dla personelu medycznego taka funkcjonalność nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego.

**Odpowiedź 27:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 28, pkt. 54**

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka odejmowane, lekkie z tworzywa sztucznego z możliwością blokowania dwoma zabezpieczeniami bez użycia narzędzi?

**Odpowiedź 28:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 29, pkt. 55**

Prosimy o dopuszczenie łóżka, które jest wyposażone w dzielone bariery boczne zabezpieczające w 4/5 długości leża (bez przedłużenia leża) bez uchwytów na worki urologiczne. Uchwyty takie znajdują się poniżej na ramie łóżka. Parametr niewiele różni się o wymaganego i pod względem ergonomii jest praktyczniejszy.

**Odpowiedź 29:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

### **Pytanie 30, pkt. 58**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko marki Hill-Rom wyposażone w sterowanie funkcjami elektrycznymi przy pomocy ergonomicznych centralnych paneli sterowania wbudowanych w górne barierki boczne oraz pedałów nożnych?

**Odpowiedź 30:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 31, pkt. 59**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator do zasilania na czas transportu i zaniku prądu bez wskaźnika naładowania oraz terminu jej wymiany?

**Odpowiedź 31:** Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z SIWZ.

### **Dotyczy: Zadanie nr 10 Respirator stacjonarny – kpl. 1**

#### **Pytanie 1, pkt. 43**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w punkcie 43 SIWZ:

*„minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,01/min. do 9,01/min.”.*

Rozumiemy, iż nastąpiła omyłka pisarska i zapis powinien mieć brzmienie:

*„minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to od 1,0 l/min. do 9,0 l/min.”*

**Odpowiedź 1:** TAK – jest to omyłka pisarska, prawidłowy zapis to: „ od 1,0 l/min. do 9,0 l/min.

#### **1. Ad pakiet 6 – łóżka, pkt. 35 oraz 61 tabeli technicznej w połączeniu z pkt. 9 warunków wymienionych pod tabelą techniczną dla wszystkich pakietów, załącznik 3 do SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o dostosowanie zapisów SIWZ do wymogów nowej ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) i wykreślenie wymogu dołączenia do ofert wpisu lub zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Zgodnie z w/w ustawą Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, a jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Aktualnymi dokumentami wydawanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych są potwierdzenia dokonania zgłoszenia/powiadomienie albo złożenia wniosku o przeniesienie danych wyrobów medycznych. Żądanie tych dokumentów (wymienionych w art. 58 oraz 133 i 134 ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (zwanej dalej "ustawą o wyr. med.") nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na gruncie §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia z 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ani przede wszystkim na gruncie rozdziału 7 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Dokumenty te nie są bowiem dokumentami dopuszczającymi wyroby medyczne do obrotu lub do używania. Obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobów medycznych w rozdziale 7 i 14 ustawy o wyr. med. (tj. do dokonania zgłoszeń / powiadomień, czy przeniesienia danych) są bowiem obowiązkami czysto administracyjnymi, w żaden sposób nie uzależniającymi faktu dopuszczenia wyrobów do obrotu, czy używania od ich spełnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający uznaje przedstawioną interpretację; wymóg dotyczy certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności producenta.

#### **2. Ad zadanie nr 6 – łóżka, pkt. 34 tabeli technicznej, załącznik 3 do SIWZ**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty/posiadania certyfikatu PZH dotyczącego opisanych w ww. punkcie urządzeń do dezynfekcji powietrza (łóżka)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

### **Dotyczy: zapisów SIWZ, załącznik 3A do SIWZ**

#### **3. Ad załącznik 3a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6 i 7 tabeli**

Prosimy o rezygnację z wymogu wymiany urządzenia na nowe w przypadku wystąpienia określonej liczby napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku kilkukrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna **praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.**

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało będzie znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

#### 4. Ad załącznik 3a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7 tabeli

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie ww. punktu, prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

*Liczba napraw gwarancyjnych usterek powodujących przestój całego urządzenia dłuższy niż 7 dni, uprawniająca do wymiany urządzenia na nowe.*

**Odpowiedź:**      TAK, Zamawiający uwzględni przedstawione w pytaniu zastrzeżenie.

#### 5. Ad załącznik 3a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

#### 6. Ad załącznik 3a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty listy uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe; cytowany art. 90 ustawy o wyrobach medycznych nakłada na Wykonawcę obowiązek dołączenia takiej listy do wyrobu.

**Odpowiedź:**      Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

### Dotyczy: zapisów wzoru umowy, załącznika nr 9 do SIWZ

#### 7. Ad § 4 ust. 1

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Termin dostawy jest parametrem ocenianym, deklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

**Odpowiedź:**      TAK – jest to omyłka pisarska, termin zostanie wpisany po wyborze oferty z wybranym Wykonawcą

#### 8. Ad § 4 ust. 4

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*Prawo własności urządzeń medycznych przejdzie na Zamawiającego z chwilą uiszczenia należności, zaś pełne koszty i ryzyko związane z urządzeniami medycznymi, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy (w szczególności zapisu § 2 ust. 2 i 3 lit. a i b ), przejdą na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru urządzeń. Zgodnie z § 3, Zamawiający zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru urządzeń medycznych (zgodnie ze wzorem Wykonawcy) po ich uruchomieniu przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę.*

Obecny zapis obciąża Wykonawcę kosztami i ryzykiem związanym z urządzeniami medycznymi na okres, jaki upływa od momentu, w którym urządzenia te znajdują się u Zamawiającego i zostały przez niego odebrane, do momentu zapłacenia przez Zamawiającego należności za nie.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

### 9. Ad par. 5 ust. 1a.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,3% wartości urządzeń medycznych, których dotyczy opóźnienie w dostawie, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź:** TAK- propozycja zaakceptowana na „ 0,3% wartości urządzeń medycznych”.

### 10. Ad par. 5 ust. 1d.

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie gwarancyjne, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy.

Proponowany przez Zamawiającego sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie

**Odpowiedź:** TAK – propozycja zaakceptowana na „ 0,2% wartości urządzenia zgłoszonego za każdy dzień zwłoki”.

### 11. Ad par. 5 ust. 1e.

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

*W przypadku zwłoki w usunięciu usterek lub/i wad w przedmiocie zamówienia – za każdy następny dzień zwłoki po terminie zawartym w § 6 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej, jeśli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.*

Obecne zapisy SIWZ nakładają na Wykonawcę karę podwójną: pieniężną oraz konieczność dostarczenia urządzenia zastępczego.

Jednocześnie, sposób naliczania kar od wartości całej umowy, narusza proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samym wymagają one stosownej zmiany w tym zakresie

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę wyłącznie w zakresie „ 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy.”

### 12. Ad par. 6 ust. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia bezpłatnie zastępczego urządzenia w przypadku naprawy przedłużającej się ponad wymagany termin. Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

### 13. Ad.par. 6 ust. 5

Prosimy o zmianę terminu naprawy sprzętu na 5 dni roboczych oraz 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

### 14. Ad par. 10

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

*Zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

15. Ad par. 11 ust. 1

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanym terminie realizacji umowy?

**Odpowiedź:** Nie ma omyłki w podanym terminie.

Dot. § 13 ust. 14 wzoru umowy – załącznika nr 9 do SIWZ

Wnosimy o dokonanie modyfikacji w/w zapisu tak, aby powstał zapis:

„Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania ~~zawinione i nie zawinione~~), jak za własne działania lub zaniechania i zaniedbania.

Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność zlecającego wykonanie czynności wobec osób trzecich wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów art. 429 oraz art. 474 kodeksu cywilnego. Oba przepisy dotyczą sfery odpowiedzialności zewnętrznej zlecającego, określają - w ramach stosunku prawnego pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą - zakres odpowiedzialności dającego zlecenie wobec osób trzecich.

Zgodnie z art. 429 kodeksu cywilnego „Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności.” Natomiast na podstawie art. 474 Kodeksu cywilnego „Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. (...).”

Wykonawca przyjmuje zatem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawców, którym powierzył wykonanie określonych czynności. Niezbędnym elementem tej odpowiedzialności jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy powierzeniem tej czynności, a szkodą. Owa odpowiedzialność wykonawcy powierzającego wykonanie czynności drugiemu, jest tu oparta o zasadę winy w wyborze (*culpa in eligendo*), przez co faktycznie powierzający odpowiada za cudzy czyn, a jednocześnie za czyn własny, który sprowadza się do dokonania niewłaściwego wyboru, co w rezultacie było przyczyną szkody. Przesłanki odpowiedzialności są następujące: *fakt powierzenia wykonywania czynności drugiej osobie; sprawcze zachowanie osoby, której powierzono wykonywanie czynności; szkoda; związek przyczynowy pomiędzy tym zachowaniem, a szkodą.* Z uwagi na przyjęte domniemanie winy w wyborze, wina bezpośredniego sprawcy szkody nie jest przesłanką odpowiedzialności, stąd nie ma potrzeby precyzowania o jakie działania podwykonawcy rozchodzi się w w/w zapisie umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

**Dot. Zadanie Nr.6** – łóżko specjalistyczne dla ciężko chorych – 6 kpl.

**Pytanie 1:** Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie dwóch urządzeń do dezynfekcji powietrza do łóżek opisanych w zadaniu nr 6.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 1 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 7 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aparatu z funkcją cięcia monopolarnego: a) delikatnego i b) intensywnego – ad. a i b również w osłonie argonu, przy czym ocena punktowa jest postaci: regulacja z mocą >200W-10 pkt., regulacja z mocą 200W – 0 pkt. (dotyczy poz. a i b).

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 2 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 8 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wyboru efektu hemostatycznego dla cięcia monopolarnego każdego z rodzajów wymienionych powyżej cięć, w skali min.7-stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej), przy czym ocena punktowa jest postaci: regulacja >7 stopni-10 pkt., regulacja 7 stopni – 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.



## 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

Dział Zamówień Publicznych

ul. Kościuszki 3019-300Ełk

Telefon: 87 621-98-03 Faks: 87 621-98-07

e-mail: zp@108spzoz.elk.pl

### **pytanie 3 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 9 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga możliwości wyboru trybu koagulacji monopolarnej: łagodny, intensywny, preparujący, natryskowy, przy czym ocena punktowa jest postaci: Liczba koag. >4-10pkt., Liczba koag. = 4- 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 4 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 10 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga możliwości koagulacji monopolarnej i bipolarnej z mocą regulowaną do min. 120 W – dla każdego, wymaganego rodzaju koagulacji, przy czym ocena punktowa jest postaci: regulacja z mocą >120W-10 pkt., Regulacja z mocą 120W – 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 5 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 11 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga regulacji intensywności funkcji koagulacji mono – i bipolarnej dla każdego wymaganego trybu w skali co najmniej 2- – stopniowej (niezależnie od ustawień mocy maksymalnej), przy czym ocena punktowa jest postaci: regulacja >2 stopnie-10pkt., regulacja 2stopnie – 0pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 6 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 19 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aparatu z systemem kontroli elektrody neutralnej z możliwością wyboru poziomu ochrony pacjenta w zależności od typu i rodzaju używanej elektrody przy czym ocena punktowa jest postaci: możliwość wyboru poziomu ochrony w zależności od typu i rodzaju elektrody oraz wielkości pacjenta – 10 pkt. możliwość wyboru poziomu ochrony w zależności od typu i rodzaju elektrody – 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 7 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 21 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aparatu z kontrolkami informującymi o rodzaju elektrody neutralnej i poprawnej jej aplikacji; wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra, przy czym ocena punktowa jest postaci: kontrolki, wyświetlacz graficzny i cyfrowy – 10 pkt., tylko wyświetlacz graficzny i cyfrowy 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – wymaga.

### **pytanie 8 dotyczy Zadania Nr. 3 Zestaw do elektrochirurgii kpl. 2**

W związku z niejednoznacznym określeniem warunku wymaganego i sposobu oceny parametrów deklarowanych w pkt. 22 tabeli prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie udzielał oceny punktowej za zaoferowanie aparatu z większą od 6 liczbą gniazd – 10 punktów, a za zaoferowanie aparatu z 6 gniazdami – 0 pkt.

**Odpowiedź:** TAK – Zamawiający potwierdza taki sposób oceny.

**Z poważaniem**

Otrzymują:

- Sekcja informatyki

- a/a